



K. Kardiologjise - Sherbimi i Kardiologjise

Nr	Emertimi	Forca	Vellimi	Doza	Gjendja ne stok
1	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	2
2	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	2
3	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	4
4	12g Ethanedial, 0.5g Pentanedial 12g/0.5g 5L	//	5L	12g/0.5g	2
5	Acetylsalicylic acid	100mg	/	100mg	131
6	Adhesive Tape	5 cm x 5 m	Jo të letres	0	10
7	Aminophylline	25mg	1ml	25mg/ml	10
8	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	79
9	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	9
10	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	4

11	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	9
12	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	15
13	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	11
14	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	10
15	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	1

16	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	4
17	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	2
18	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	12
19	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	5
20	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	16

21	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	15
22	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	8
23	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	9
24	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	14
25	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	6

26	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	7
27	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	18
28	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	15
29	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	8
30	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	5

31	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	3
32	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	15
33	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	8
34	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	6
35	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	3

36	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	3
37	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	16
38	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	16
39	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	13
40	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	6

41	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	16
42	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	4
43	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	9
44	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të	0	2
45	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të	0	8

46	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	6
47	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	5
48	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	18
49	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	7
50	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	12

51	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	4
52	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	5
53	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	2
54	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	9
55	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	10

56	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	10
57	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	17
58	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	2
59	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	23
60	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	15

61	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	19
62	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	9
63	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	10
64	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	4
65	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	6

66	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	8
67	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	2
68	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	1
69	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	2
70	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	50

71	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	7
72	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	15
73	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	18
74	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	1
75	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	2

76	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	4
77	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	36
78	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	20
79	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	13
80	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	5

81	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	22
82	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	22
83	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	19
84	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	7
85	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	5

86	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	28
87	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	14
88	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	18
89	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	7
90	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	6

91	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	27
92	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	2
93	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	18
94	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	4
95	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	7

96	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	5
97	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	26
98	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	5
99	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4
100	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	11

101	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	2
102	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	6
103	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	3
104	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	5
105	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	28

106	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatom stenti me presion të lartë dhe postdilatom, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatom stenti me presion të lartë dhe postdilatom, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	4
107	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatom stenti me presion të lartë dhe postdilatom, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatom stenti me presion të lartë dhe postdilatom, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	3
108	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatom stenti me presion të lartë dhe postdilatom, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatom stenti me presion të lartë dhe postdilatom, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	6
109	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatom stenti me presion të lartë dhe postdilatom, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatom stenti me presion të lartë dhe postdilatom, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	10
110	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatom stenti me presion të lartë dhe postdilatom, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatom stenti me presion të lartë dhe postdilatom, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	21

111	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	7
112	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	25
113	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	4
114	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	15
115	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	4

116	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	20
117	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	8
118	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	1
119	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	1
120	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	7

121	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	34
122	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibel per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion	0	24
123	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibel me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	2
124	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibel me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	2
125	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibel me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	5

126	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	2
127	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	3
128	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	2
129	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	24
130	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	33

131	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	21
132	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	16
133	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	1
134	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	3
135	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	15

136	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	6
137	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	10
138	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	19
139	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	2
140	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	3

141	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	33
142	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	7
143	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	53
144	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	38
145	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	0	30

146	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	20
147	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	27
148	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	38
149	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	44
150	Bandage Elastic, Crepe	10 cm x 4 m	0	0	16

151	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	71
152	Breathing System	//	(Anaesthesia adult Breathing Circuits) (22mm consisting Y- piece and elbow) Length from 160 to 180cm, edge gypin shtese 22mm 80cm me balon 2L. Latex free	0	19
153	ceftriaxone	1000mg	//	1000mg	10
154	Chloropyramine hydrochloride	10mg	2mL	10mg/mL	34
155	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	285

156	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	140
157	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokartetër 0.21"-0.27".	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol.	0	1
158	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokartetër 0.21"-0.27".	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol.	0	2
159	Cotton Wool,Hydrophilic Roll	500g	0	0	2
160	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifiki mi Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTF Eose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të	0	2

161	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifiki mi Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTF Eose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të	0	1
162	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifiki mi Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTF Eose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të	0	1
163	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifiki mi Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTF Eose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të	0	1
164	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifiki mi Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTF Eose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të	0	2
165	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifiki mi Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTF Eose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të	0	1

166	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifiki mi Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTF Eose poliurotani).Kompatibil me katetrit 5F. Pa prani të	0	1
167	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifiki mi Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTF Eose poliurotani).Kompatibil me katetrit 5F. Pa prani të	0	2
168	Dezinfektues per duar	500ml	sol/gel	0	14
169	Dobutamine	250mg	20ml	250mg/20ml	20
170	Dopamine hydrochloride	40mg	5ml	40mg/ml	7

171	Dopamine hydrochloride	40mg	5ml	40mg/ml	49
172	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
173	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10
174	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
175	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	9

176	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
177	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4
178	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10
179	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
180	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4

181	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8
182	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
183	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8
184	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
185	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10

186	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
187	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	6
188	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	6
189	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
190	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	6

191	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
192	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
193	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	7
194	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	7
195	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1

196	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
197	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	13
198	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	9
199	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	9
200	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4

201	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
202	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
203	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
204	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
205	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4

206	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
207	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
208	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10
209	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8
210	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	4

211	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	3
212	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	3
213	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	6
214	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	4
215	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	6

216	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	3
217	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	8
218	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	2
219	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	5
220	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	3

221	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	3
222	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	8
223	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	7
224	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	8
225	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	7

226	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	2
227	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	4
228	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	3
229	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	8
230	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për	0	5

231	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP): 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për	0	7
232	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik: Pajisje për trajtimin e: Lezioneve të reja aterosklerotike Rreste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	2
233	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik: Pajisje për trajtimin e: Lezioneve të reja aterosklerotike Rreste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	3
234	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik: Pajisje për trajtimin e: Lezioneve të reja aterosklerotike Rreste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	2
235	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik: Pajisje për trajtimin e: Lezioneve të reja aterosklerotike Rreste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	1

236	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	4
237	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	1
238	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	10
239	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	3
240	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	4

241	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	9
242	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	3
243	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	3
244	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	9
245	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	1

246	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	8
247	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	1
248	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	1
249	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	10
250	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	3

251	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	9
252	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	1
253	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeReste nozës në stentë të	sipas kontrates	0	1
254	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip, 1 OTW lumen exit port 6.5 mm from the tip, 4 mm radiopaque tip length. Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm). Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm).	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and	Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter: tip 0.40 mm (0.016"), shaft 0.43 mm	0	2
255	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip, 1 OTW lumen exit port 6.5 mm from the tip, 4 mm radiopaque tip length. Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm). Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm).	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and	Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter: tip 0.40 mm (0.016"), shaft 0.43 mm	0	8

256	Elektroda për EKG	//	//	0	1115
257	Elektroda për EKG	//	//	0	2207
258	Endotracheal Tube With Cuff Oral	8	//	0	1
259	Endotracheal Tube With Cuff Oral	7.5	//	0	20
260	Foley Catheter	16 FG	cope	0	48

261	Foley Catheter	18 FG	cope	0	36
262	Foley Catheter	16 FG	cope	0	20
263	Foley Catheter	18 FG	cope	0	20
264	Furosemide	10mg	2ml	10mg/ml	40
265	Gloves examination	Medium	0	0	498

266	Gloves examination	Large	0	0	238
267	Gloves surgical steriles pair latex	7.5	0	0	476
268	Gloves surgical steriles pair latex	6.5	0	0	27
269	Glyceryl trinitrate	5mg	//	5mg/ml	25
270	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	45

271	Guedel Airway	n° 3	cope	0	20
272	Guidewire për Ndërhyrje Koronare Rutine	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues (Guidewire) të përdorur në ndërhyrjet koronare rutine (PCI).	Specifikacioni Teknik Lloji i produktit Guidewire për ndërhyrje koronare rutine Përdorimi klinik PCI në lezime jo shumë komplekse Materiali i bërthamës Nitinol etj.	0	40
273	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	10
274	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	5
275	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	5

276	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	8
277	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	18
278	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i pajtushem me pajisjet intervente per trajtim me rrjedhje te avansuar dhe vizualizim me te mire me tipe dhe lakesa;AL:0.75,1.0,1.5,2.0,3.0;AR:1.0,2.0,EBU:3.0,3.25,3.5,3.75,4.0,4.5,5.0;RBU:3.5,4.0; MP:1.0,2.0;RCB:IMA:	//	//	0	25
279	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i pajtushem me pajisjet intervente per trajtim me rrjedhje te avansuar dhe vizualizim me te mire me tipe dhe lakesa;AL:0.75,1.0,1.5,2.0,3.0;AR:1.0,2.0,EBU:3.0,3.25,3.5,3.75,4.0,4.5,5.0;RBU:3.5,4.0; MP:1.0,2.0;RCB:IMA:	//	//	0	28
280	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	645

281	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	20 G, 1.1 x 32 mm	0	0	453
282	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	22 G, 0.8 x 25 mm	0	0	2
283	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	20 G, 1.1 x 32 mm	0	0	45
284	Infusion Giving Set	0	0	0	1293
285	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues (Intervention Guidewire) të përdorur në	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje direkte e bërthamës me majën • Diametri i telit: 0.008-0.014" (inch) • Gjatësia	0	109

286	Intervention Guidewire me diameter 0.014 dhe me gjatesi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g, nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	Intervention Guidewire	me diameter 0.014 dhe me gjatesi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g, nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	0	108
287	Intervention Guidewire me diameter 0.014 dhe me gjatesi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g, nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	Intervention Guidewire	me diameter 0.014 dhe me gjatesi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g, nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	0	23
288	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	37950
289	Lidocaine	2%	//	2%	208
290	Lidocaine	2%	//	2%	246

291	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	200
292	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	47
293	Maska per oksigjen	për të rritur	//	0	20
294	Metoclopramide Hydrochloride	5mg	2ml	5mg/ml	83
295	Midazolam hydrochloride	1mg	5ml	1mg/ml	5

296	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na ⁺ 154 mmol/L, Cl ⁻ 154 mmol/L)	425
297	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na ⁺ 154 mmol/L, Cl ⁻ 154 mmol/L)	1372
298	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na ⁺ 154 mmol/L, Cl ⁻ 154 mmol/L)	416
299	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na ⁺ 154 mmol/L, Cl ⁻ 154 mmol/L)	10
300	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na ⁺ 154 mmol/L, Cl ⁻ 154 mmol/L)	5

301	Natrium hydrogen carbonate	8.4%	10-20ml	8.4%	268
302	Needle Luer Type Disposable	21 G, 0.8 x 38 or 40 mm	0	0	9
303	Potassium Chloride	7.45-7.50%	//	7.45-7.50%	8
304	Propan-2-ol 447mg/g, Propan-1-ol 19mg/g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium chlorides 1mg 1L	//	1L	//	5
305	Set steril për Angjiografi me përbërje: Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10-12ml; Three valve manifold; Pjatë për tretje; Gaza 10x10cm (10 copë); Mbulesa për tavolinë pune; Mbulesë transparente për tubin angiografik dhe për Xhamin për mbrojtje nga rrezatimi	Set steril për Angjiografi me përbërje:	Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë	0	380

306	Set steril për Angiografi me përbërje: Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10-12ml; Three valve manifold; Pjatë për tretje; Gaza 10x10cm (10 copë); Mbulesa për tavolinë pune; Mbulesë transparente për tubin angiografik dhe për Xhamin për mbrojtje nga rrezatimi	Set steril për Angiografi me përbërje:	Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë	0	480
307	Sheath për Qasje Radiale	1.Sheath për Qasje Radiale Sheath introducer për qasje radiale(radial approach). Madhësia:5F dhe 6F.Gjatësia:10 – 25 cm.Të pajisur me	Materiali i sheath-it dhe komponentët përcjellës duhet të jenë të testuar për biokompatibilitet sipas ISO 10993,të kenë fleksibilitet adekuat dhe rezistencë ndaj kinks-imit.Të ofrohet deklarata e përnjohshmërisë	0	1439
308	Sheath për Qasje Radiale	1.Sheath për Qasje Radiale Sheath introducer për qasje radiale(radial approach). Madhësia:5F dhe 6F.Gjatësia:10 – 25 cm.Të pajisur me	Materiali i sheath-it dhe komponentët përcjellës duhet të jenë të testuar për biokompatibilitet sipas ISO 10993,të kenë fleksibilitet adekuat dhe rezistencë ndaj kinks-imit.Të ofrohet deklarata e përnjohshmërisë	0	4
309	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano-strut 70–85 µm).Diametri i disponueshëm:2.25 mm –	0	3
310	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano-strut 70–85 µm).Diametri i disponueshëm:2.25 mm –	0	10

311	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	11
312	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	4
313	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	15
314	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	1
315	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	6

316	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	4
317	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	12
318	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	4
319	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	1
320	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	17

321	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5
322	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	3
323	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	4
324	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	4
325	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	37

326	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	20
327	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5
328	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	4
329	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5
330	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	15

331	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	9
332	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	10
333	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5
334	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	1
335	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	2

336	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	14
337	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	48
338	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	4
339	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	3
340	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	3

341	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	2
342	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	8
343	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	14
344	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	40
345	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	2

346	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	1
347	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	3
348	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	3
349	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	14
350	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	1

351	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5
352	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	3
353	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	4
354	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	3
355	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	14

356	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	1
357	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5
358	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	9
359	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	47
360	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	1

361	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	4
362	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5
363	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	2
364	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	1
365	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	2

366	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	7
367	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5
368	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	15
369	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5
370	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	12

371	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	1
372	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5
373	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	15
374	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	10
375	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5

376	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	1
377	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	3
378	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	6
379	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	4
380	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	7

381	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	2
382	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	4
383	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	26
384	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	9
385	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	14

386	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5
387	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	2
388	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5
389	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5
390	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	1

391	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	3
392	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	2
393	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	6
394	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	43
395	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	2

396	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	2
397	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	14
398	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	3
399	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	5
400	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	1

401	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	15
402	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	1
403	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm –	0	3
404	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se $90 \text{ nanometra (nm)}$, për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
405	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se $90 \text{ nanometra (nm)}$, për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1

406	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofili dhe kompatibilizuar	0	2
407	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofili dhe kompatibilizuar	0	1
408	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofili dhe kompatibilizuar	0	2
409	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofili dhe kompatibilizuar	0	2
410	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofili dhe kompatibilizuar	0	2

411	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
412	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
413	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
414	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
415	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2

416	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
417	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	4
418	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
419	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
420	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	5

421	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
422	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
423	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
424	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
425	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1

426	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
427	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
428	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
429	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
430	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1

431	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
432	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	3
433	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
434	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
435	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1

436	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
437	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	3
438	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
439	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	3
440	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	5

441	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
442	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
443	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	5
444	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	3
445	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	3

446	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	5
447	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
448	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	5
449	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	5
450	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1

451	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	3
452	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
453	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
454	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
455	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1

456	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
457	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
458	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	55
459	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	22
460	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	23

461	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	9
462	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	47
463	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	9
464	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial	0	1
465	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial	0	1

466	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
467	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
468	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
469	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
470	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	13

471	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	16
472	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
473	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	10
474	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial	0	2
475	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial	0	1

476	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
477	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	3
478	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
479	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
480	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5

481	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	32
482	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5
483	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	15
484	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofili dhe kompatibilizuar	0	1
485	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofili dhe kompatibilizuar	0	2

486	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	5
487	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
488	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
489	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
490	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	3

491	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
492	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
493	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
494	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
495	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	4

496	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
497	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	1
498	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar	0	2
499	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	19
500	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5

501	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	3
502	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	22
503	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
504	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5
505	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	34

506	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	9
507	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5
508	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	10
509	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	22
510	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	9

511	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	10
512	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5
513	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	7
514	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	4
515	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2

516	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	14
517	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	17
518	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	10
519	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
520	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5

521	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	1
522	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	30
523	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	3
524	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	3
525	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5

526	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	10
527	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
528	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5
529	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	4
530	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5

531	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	20
532	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	4
533	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	13
534	Suture Absorbable Polyglactine	USP 2	35mm 75cm 1/2 RB	0	21
535	Suture Non Absorbable Nylon	USP 2/0	30mm 75cm 1/2 CT	0	24

536	Syringe Disposable Luer tip	10 ml	0	0	2242
537	Tela Diagnostik - Diagnostic wire	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për tela diagnostik të përdorur gjatë koronarografisë.	1. Specifikimi Teknik Minimal • Për insertim. • Stabilizim dhe pozicionim të kateterave angiografik. • Me interval gjatësie 175-185cm. • Me lakese (curve) J 0.035".	0	1037
538	Tramadol	50 mg	2 ml	50 mg / ml	31
539	Urine Bag With Drain	2L	0	0	29
540	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	190