



K. Kardiologjise - Sherbimi i Kardiologjise

Nr	Emertimi	Forca	Vellimi	Doza	Gjendja ne stok
1	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	2
2	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	4
3	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	2
4	12g Ethanedial, 0.5g Pentanedial 12g/0.5g 5L	//	5L	12g/0.5g	2
5	Acetylsalicylic acid	100mg	/	100mg	716
6	Adenosine	3mg/ml	.	3mg/ml	10
7	Alkool - Ethanol	70% / 1L	//	70%	10

8	Aminophylline	25mg	1ml	25mg/ml	10
9	Atorvastatin	20mg	//	20mg	300
10	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	130
11	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	79
12	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	6
13	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	8
14	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	4
15	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	8

16	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	15
17	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	3
18	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	1
19	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	11
20	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	5
21	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	16
22	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	14
23	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	7

24	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	5
25	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	3
26	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	14
27	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	7
28	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	14
29	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	8
30	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	9
31	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm	0	14

32	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	3
33	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	3
34	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	14
35	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	15
36	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	12
37	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	6
38	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	16
39	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	4

40	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	4
41	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	6
42	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	18
43	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	8
44	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	11
45	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	9
46	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC)	1. Specifikacioni teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm	0	1
47	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm low	0	5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

152	Bandage Elastic, Crepe	10 cm x 4 m	0	0	16
153	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	71
154	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	96
155	Blade Surgical Knife	11	handle 4	0	311
156	Breathing System	//	(Anaesthesia adult Breathing Circuits) (22mm consisting Y-piece and elbow) Length from 160 to 180cm, edhe gypin shtese 22mm 80cm me balon 2L Latex free	0	19
157	calcium gluconate	100mg	10mL	100mg/mL	20
158	ceftriaxone	1000mg	//	1000mg	10
159	Chloropyramine hydrochloride	10mg	2mL	10mg/mL	34

160	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	285
161	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	1000
162	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibel me Mikrokateër 0.21" 0.27"	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibel me Mikrokateër 0.21" 0.27"	0	2
163	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibel me Mikrokateër 0.21" 0.27"	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibel me Mikrokateër 0.21" 0.27"	0	1
164	Cotton Wool,Hydrophilic Roll	500g	0	0	1
165	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, encurizimave dhe	Stenti nga kobalt kromium apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo ca polipuratani) Kompatibil me	0	1
166	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, encurizimave dhe	Stenti nga kobalt kromium apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo ca polipuratani) Kompatibil me	0	1
167	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, encurizimave dhe	Stenti nga kobalt kromium apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo ca polipuratani) Kompatibil me	0	2

168	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmale dhe perkurizime	Stent nga kobalt kromium apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo sa poliuotani) Kompatibil me	0	1
169	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmale dhe perkurizime	Stent nga kobalt kromium apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo sa poliuotani) Kompatibil me	0	1
170	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmale dhe perkurizime	Stent nga kobalt kromium apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo sa poliuotani) Kompatibil me	0	2
171	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmale dhe perkurizime	Stent nga kobalt kromium apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo sa poliuotani) Kompatibil me	0	2
172	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmale dhe perkurizime	Stent nga kobalt kromium apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo sa poliuotani) Kompatibil me	0	1
173	Dezinfektues per duar	500ml	sol/gel	0	14
174	Diazepam	5mg	//	5mg/mL	10
175	Dobutamine	250mg	20ml	250mg/20ml	20

176	Dopamine hydrochloride	40mg	5ml	40mg/ml	7
177	Dopamine hydrochloride	40mg	5ml	40mg/ml	11
178	Drug eluting coronary stents (DES), the pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrat te stentit 15.86um	//	//	0	1
179	Drug eluting coronary stents (DES), the pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrat te stentit 15.86um	//	//	0	9
180	Drug eluting coronary stents (DES), the pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrat te stentit 15.86um	//	//	0	3
181	Drug eluting coronary stents (DES), the pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrat te stentit 15.86um	//	//	0	3
182	Drug eluting coronary stents (DES), the pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrat te stentit 15.86um	//	//	0	6
183	Drug eluting coronary stents (DES), the pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrat te stentit 15.86um	//	//	0	2

184	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	5
185	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	7
186	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	7
187	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	1
188	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	1
189	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	10
190	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	1
191	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	6

192	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	6
193	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	13
194	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	9
195	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	9
196	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	4
197	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	5
198	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	3
199	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	1

200	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45-86um	//	//	0	5
201	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45-86um	//	//	0	10
202	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45-86um	//	//	0	2
203	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45-86um	//	//	0	4
204	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45-86um	//	//	0	10
205	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45-86um	//	//	0	1
206	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45-86um	//	//	0	4
207	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45-86um	//	//	0	8

208	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	2
209	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	8
210	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	4
211	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	2
212	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	1
213	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	5
214	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	10
215	Drug eluting coronary stents (DES), me pommer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u chlaurtuar, me chtrret te stentit 45.86um	//	//	0	8

216	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Barone non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	8
217	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Barone non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	3
218	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Barone non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	8
219	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Barone non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	2
220	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Barone non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	5
221	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Barone non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	3
222	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Barone non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	3
223	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Barone non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	2

224	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	7
225	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	7
226	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	7
227	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	4
228	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	3
229	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	8
230	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	5
231	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	6

232	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	4
233	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	3
234	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	3
235	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	6
236	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	4
237	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (PRP): 16 bar	0	4
238	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik: Pajisje për trajtimin e: Lezioneve të reja eterocelulare të Paster	sipas kontrates	0	2
239	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik: Pajisje për trajtimin e: Lezioneve të reja eterocelulare të Paster	sipas kontrates	0	3

240	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidlarotikaPesten	sipas kontrates	0	2
241	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidlarotikaPesten	sipas kontrates	0	1
242	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidlarotikaPesten	sipas kontrates	0	3
243	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidlarotikaPesten	sipas kontrates	0	3
244	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidlarotikaPesten	sipas kontrates	0	9
245	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidlarotikaPesten	sipas kontrates	0	1
246	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidlarotikaPesten	sipas kontrates	0	7
247	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidlarotikaPesten	sipas kontrates	0	1

248	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidelaprotikaPacten	sipas kontrates	0	1
249	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidelaprotikaPacten	sipas kontrates	0	10
250	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidelaprotikaPacten	sipas kontrates	0	3
251	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidelaprotikaPacten	sipas kontrates	0	9
252	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidelaprotikaPacten	sipas kontrates	0	1
253	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidelaprotikaPacten	sipas kontrates	0	1
254	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidelaprotikaPacten	sipas kontrates	0	4
255	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja steroidelaprotikaPacten	sipas kontrates	0	1

256	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	10
257	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	3
258	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	3
259	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	9
260	Double lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip, 1 OTW lumen exit port 6.5 mm from the tip, 4 mm radiopaque tip length. Tip entry profile: 1.5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter:	Double lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip	Tip entry profile: 1.5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter:	0	8
261	Double lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip, 1 OTW lumen exit port 6.5 mm from the tip, 4 mm radiopaque tip length. Tip entry profile: 1.5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter:	Double lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip	Tip entry profile: 1.5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter:	0	2
262	Elektroda për EKG	//	//	0	70
263	Elektroda për EKG	//	//	0	805

264	Elektroda për EKG	//	//	0	2207
265	Endotracheal Tube With Cuff Oral	7.5	//	0	20
266	Endotracheal Tube With Cuff Oral	8	//	0	1
267	Epinephrine (adrenaline)	1mg	1mL	1mg	150
268	Foley Catheter	18 FG	cope	0	85
269	Foley Catheter	16 FG	cope	0	20
270	Foley Catheter	18 FG	cope	0	20
271	Foley Catheter	16 FG	cope	0	98

272	Furosemide	10mg	2ml	10mg/ml	68
273	Furosemide	10mg	2ml	10mg/ml	24
274	Gel për UZ	//	1 L	0	5
275	Gloves examination	Medium	0	0	1412
276	Gloves examination	Large	0	0	1146
277	Gloves surgical steriles pair latex	7.5	0	0	1159
278	Gloves surgical steriles pair latex	6.5	0	0	27
279	Gloves surgical steriles pair latex	6.5	0	0	180

280	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	45
281	Guedel Airway	n° 3	cope	0	20
282	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	10
283	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	36
284	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	5
285	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	69
286	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	5
287	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	14

288	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	8
289	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	18
290	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	35
291	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	62
292	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrusherin ndaj forces dhe mundeson qendrusherin e kurbes me lumen te gjere i pajtushem me pajisjet intervente per trajtim me rrjedhje te avansuar dhe vizualizim me te mire me tipe dha	//	//	0	25
293	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrusherin ndaj forces dhe mundeson qendrusherin e kurbes me lumen te gjere i pajtushem me pajisjet intervente per trajtim me rrjedhje te avansuar dhe vizualizim me te mire me tipe dha	//	//	0	28
294	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	53
295	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	645

296	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	20 G, 1.1 x 32 mm	0	0	3
297	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	20 G, 1.1 x 32 mm	0	0	710
298	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	22 G, 0.8 x 25 mm	0	0	2
299	Infusion Giving Set	0	0	0	887
300	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues (Intervention Guidewire) të	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje direkte e bërthamës me majën • Diametri i telit: 0.008, 0.014"	0	97
301	Intervention Guidewire me diameter 0.014 dhe me gjatësi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon në drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g, nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radionak	Intervention Guidewire	me diameter 0.014 dhe me gjatësi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon në drejtimin e enëve	0	51
302	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	37950
303	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	2.91038E-11

304	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	4700
305	Lidocaine	2%	//	2%	246
306	Lidocaine	2%	//	2%	63
307	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	200
308	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	47
309	Maska per oksigjen	për të rritur	//	0	20
310	methylprednisolone	40mg	1ml , 5ml	40mg/ml, (si sukcinat natriumi) në flakon 1 mL monodozë dhe flakona 5-mL multi-dozë	20
311	Metoclopramide Hydrochloride	5mg	2ml	5mg/ml	37

312	Midazolam hydrochloride	1mg	5ml	1mg/ml	5
313	Morphine hydrochloride	10 mg	1 ml	10 mg/ml	3
314	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	416
315	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	10
316	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	5
317	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	425
318	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	900
319	Natrium hydrogen carbonate	8.4%	10-20ml	8.4%	145

320	Needle Luer Type Disposable	21 G, 0.8 x 38 or 40 mm	0	0	249
321	Needle Luer Type Disposable	18 G , 1.3 x 45 mm	0	0	410
322	Pantoprazole	40 mg	//	40 mg	49
323	Potassium Chloride	7.45-7.50%	//	7.45-7.50%	8
324	Povidon Jod	10%	1000ml	10%	10
325	Propan-2-ol 447mg/g,Propan-1-ol 19mg/g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium chlorides 1mg 1L	//	1L	//	5
326	Resolute integrity	3.0.-15	3.0-15	0	1
327	Resolute integrity	3.5-18	3.5-18	0	1

328	Resolute integrity	3.0-18	3.0-18	0	1
329	Resolute integrity	3.0-22	3.0-22	0	3
330	Resolute integrity	3.0-34	3.0-34	0	1
331	Resolute integrity	3.5-22	3.5-22	0	2
332	Resolute integrity	3.5-26	3.5-26	0	1
333	Resolute integrity	3.5-26	3.5-26	0	1
334	Resolute integrity	3.0-18	3.0-18	0	1
335	Resolute integrity	3.0-18	3.0-18	0	1

336	Resolute integrity	3.0-26	3.0-26	0	1
337	Resolute integrity	3.0-30	3.0-30	0	4
338	Resolute integrity	3.5-30	3.5-30	0	1
339	Resolute integrity	3.0-22	3.0-22	0	1
340	Resolute integrity	3.0-26	3.0-26	0	1
341	Resolute integrity	3.5-18	3.5-18	0	1
342	Resolute integrity	3.5-18	3.5-18	0	2
343	Resolute integrity	3.5-18	3.5-18	0	2

344	Resolute integrity	3.5-22	3.5-22	0	1
345	Resolute integrity	3.5-22	3.5-22	0	1
346	Resolute integrity	3.5-26	3.5-26	0	1
347	Resolute integrity	3.5-34	3.5-34	0	1
348	Set steril për Angiogram me përbërje: Angiography iono drape (mbulesë sterile e fushës operatorë) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10-12ml; Three valve manifold; Pjatë për tretje; Gaze 10x10cm (10 copë); Mbulesa për tavolinë punë; Mbulesë	Set steril për Angiografi me përbërje:	Angiography iono drape (mbulesë sterile e fushës operatorë) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x	0	214
349	Set steril për Angiogram me përbërje: Angiography iono drape (mbulesë sterile e fushës operatorë) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10-12ml; Three valve manifold; Pjatë për tretje; Gaze 10x10cm (10 copë); Mbulesa për tavolinë punë; Mbulesë	Set steril për Angiografi me përbërje:	Angiography iono drape (mbulesë sterile e fushës operatorë) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x	0	440
350	Sheath për Qasje Radiale	1. Sheath për Qasje Radiale Sheath introducer për qasje radiale(radial approach). Modhësia: 5F dhe	Materiali i sheath-it dhe komponentët përcjellës duhet të jenë të testuar për biokompatibilitet sipas ISO 10993,të kenë fleksibilitet adekuat dhe rezistencë ndaj	0	1150
351	Sheath për Qasje Radiale	1. Sheath për Qasje Radiale Sheath introducer për qasje radiale(radial approach). Modhësia: 5F dhe	Materiali i sheath-it dhe komponentët përcjellës duhet të jenë të testuar për biokompatibilitet sipas ISO 10993,të kenë fleksibilitet adekuat dhe rezistencë ndaj	0	4

352	SHEET ABSORBABLE DISPOSABLE	60 x 60 cm	0	0	193
353	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (nano strut 70-85	0	2
354	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (nano strut 70-85	0	9
355	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (nano strut 70-85	0	9
356	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (nano strut 70-85	0	3
357	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (nano strut 70-85	0	15
358	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (nano strut 70-85	0	2
359	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (nano strut 70-85	0	17

360	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	3
361	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	37
362	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	20
363	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	4
364	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	5
365	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	3
366	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	7
367	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	44

368	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2
369	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	10
370	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	15
371	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	8
372	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	9
373	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2
374	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2
375	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	5

376	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	3
377	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	4
378	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	3
379	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	14
380	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	1
381	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	4
382	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	1
383	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	3

384	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	5
385	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	5
386	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2
387	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	6
388	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	43
389	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2
390	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2
391	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	14

392	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	1
393	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	3
394	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	4
395	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	4
396	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2
397	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	5
398	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	3
399	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	5

400	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2
401	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	1
402	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	5
403	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	5
404	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	1
405	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	1
406	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	13
407	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	48

408	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2
409	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2
410	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	25
411	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	3
412	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	7
413	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	14
414	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	40
415	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2

416	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	1
417	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	9
418	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	12
419	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	5
420	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2
421	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2
422	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	13
423	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materian i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	3

424	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	5
425	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	1
426	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	1
427	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	15
428	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	5
429	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	12
430	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	1
431	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	5

432	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	15
433	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	10
434	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	5
435	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2
436	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	5
437	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	2
438	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	1
439	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (papo strut 70-85	0	3

440	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (nana-strut 70-85	0	1
441	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës < 80 µm (nana-strut 70-85	0	15
442	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
443	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
444	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
445	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	2
446	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
447	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1

448	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
449	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	5
450	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
451	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
452	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
453	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
454	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	2
455	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	2

456	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
457	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
458	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	2
459	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	3
460	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
461	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
462	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	2
463	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	2

464	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial; Kompatibiliteti Stenta	0	4
465	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial; Kompatibiliteti Stenta	0	1
466	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial; Kompatibiliteti Stenta	0	1
467	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial; Kompatibiliteti Stenta	0	3
468	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial; Kompatibiliteti Stenta	0	1
469	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial; Kompatibiliteti Stenta	0	3
470	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial; Kompatibiliteti Stenta	0	5
471	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial; Kompatibiliteti Stenta	0	1

472	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	5
473	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
474	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	3
475	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	2
476	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
477	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
478	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
479	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1

480	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
481	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
482	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	4
483	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	2
484	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna e ndërtues: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
485	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna e ndërtues: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
486	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna e ndërtues: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
487	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna e ndërtues: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	12

488	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
489	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
490	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	5
491	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
492	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	5
493	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
494	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	5
495	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1

496	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Transhësia e strukturës së jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta	0	3
497	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Transhësia e strukturës së jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta	0	1
498	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Transhësia e strukturës së jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta	0	2
499	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna enditëse: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
500	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna enditëse: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	32
501	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Transhësia e strukturës së jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta	0	1
502	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Transhësia e strukturës së jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta	0	1
503	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Transhësia e strukturës së jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta	0	2

504	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
505	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
506	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
507	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	21
508	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
509	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
510	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e shtut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta	0	1
511	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e shtut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta	0	1

512	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strukturës të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
513	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	15
514	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
515	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
516	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	19
517	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
518	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
519	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	21

520	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
521	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	33
522	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
523	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
524	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
525	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
526	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Barna endotheliale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	30
527	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trasheja e stent-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta	0	1

528	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	2
529	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	3
530	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	2
531	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	5
532	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	3
533	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	3
534	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	1
535	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e struktit të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta	0	2

536	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe • Barna enduese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
537	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe • Barna enduese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	52
538	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe • Barna enduese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	22
539	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe • Barna enduese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	22
540	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe • Barna enduese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
541	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe • Barna enduese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	46
542	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe • Barna enduese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
543	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe • Barna enduese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5

544	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enzimuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	7
545	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enzimuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
546	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enzimuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
547	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enzimuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	13
548	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enzimuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
549	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enzimuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	15
550	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enzimuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
551	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enzimuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2

552	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enjuale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
553	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enjuale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
554	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enjuale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
555	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enjuale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	17
556	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enjuale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
557	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enjuale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
558	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enjuale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
559	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enjuale: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	17

560	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enjuetese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
561	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna enjuetese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	13
562	Suture Non Absorbable Nylon	USP 2/0	30mm 75cm 1/2 CT	0	24
563	Syringe Disposable Luer tip	10 ml	0	0	2077
564	Tela Diagnostik - Diagnostic wire	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për tela diagnostik të përdorur gjatë koronarografisë	1. Specifikimi teknik minimal • Për insertim. • Stabilizim dhe pozicionim të kateterave angjiografik. • Me interval gjatësie 175-185cm. • Me lakësi (curve) 1.0.035"	0	730
565	Tramadol	50 mg	2 ml	50 mg / ml	31
566	Tramadol	50 mg	2 ml	50 mg / ml	6
567	Urine Bag With Drain	2L	0	0	203

568	Urine Bag With Drain	2L	0	0	112
569	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	341
570	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	122