



K. Kardiologjise - Sherbimi i Kardiologjise

Nr	Emertimi	Forca	Vellimi	Doza	Gjendja ne stok
1	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	4
2	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	2
3	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	4
4	12g Ethanedial, 0.5g Pentanedial 12g/0.5g 5L	//	5L	12g/0.5g	2
5	Acetylsalicylic acid	100mg	/	100mg	692

6	Adenosine	3mg/ml	.	3mg/ml	10
7	Alkool - Ethanol	70% / 1L	//	70%	10
8	Aminophyline	25mg	1ml	25mg/ml	10
9	Atorvastatin	20mg	//	20mg	296
10	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	79
11	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	114

12	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	6
13	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	3
14	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	1
15	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	11
16	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	8
17	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	4

18	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	7
19	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	3
20	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	3
21	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	14
22	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	15
23	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	12

24	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	6
25	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	16
26	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	4
27	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	5
28	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	16
29	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	14

30	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	8
31	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	9
32	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	14
33	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	4
34	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	6
35	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	15

36	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	11
37	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	9
38	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	1
39	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	18
40	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	8
41	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 –	0	14

42	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014” Presioni nominal:10 –	0	7
43	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014” Presioni nominal:10 –	0	5
44	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014” Presioni nominal:10 –	0	3
45	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014” Presioni nominal:10 –	0	12
46	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014” Presioni nominal:10 –	0	7
47	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

126	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	2
127	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	2
128	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	2
129	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	3
130	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	2
131	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	2

132	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	3
133	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	3
134	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	5
135	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	26
136	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	36
137	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	43

138	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	23
139	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	30
140	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	21
141	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	15
142	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	1
143	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	3

144	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	26
145	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	17
146	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	13
147	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	9
148	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	15
149	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6- 30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	53

150	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar)	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuar) kompatibil me "kissing"	0	37
151	Bandage Elastic, Crepe	10 cm x 4 m	0	0	16
152	Blade Surgical Knife	11	handle 4	0	258
153	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	96
154	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	71
155	Breathing System	//	(Anaesthesia adult Breathing Circuits) (22mm consisting Y- piece and elbow) Length from 160 to 180cm, edhe gypin shtese 22mm 80cm me balon 2L. Latex free	0	19

156	calcium gluconate	100mg	10mL	100mg/mL	20
157	ceftriaxone	1000mg	//	1000mg	10
158	Chloropyramine hydrochloride	10mg	2mL	10mg/mL	34
159	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	540
160	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	285
161	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapie të iashtme në	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapie të iashtme në	0	1

162	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapie të iashtme në	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapie të iashtme në	0	2
163	Cotton Wool,Hydrophilic Roll	500g	0	0	1
164	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter	0	2
165	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter	0	1
166	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter	0	2
167	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter	0	1

168	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizme dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliuretani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter	0	1
169	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizme dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliuretani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter	0	2
170	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizme dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliuretani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter	0	1
171	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizme dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliuretani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter	0	1
172	Dezinfektues per duar	500ml	sol/gel	0	14
173	Diazepam	5mg	//	5mg/mL	10

174	Dobutamine	250mg	20ml	250mg/20ml	20
175	Dopamine hydrochloride	40mg	5ml	40mg/ml	7
176	Dopamine hydrochloride	40mg	5ml	40mg/ml	2
177	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm	//	//	0	1
178	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm	//	//	0	9
179	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm	//	//	0	3

180	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	3
181	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	1
182	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	10
183	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	1
184	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	6
185	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	6

186	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	5
187	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	10
188	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	2
189	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	4
190	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	10
191	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	13

192	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	9
193	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	9
194	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	4
195	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	5
196	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	3
197	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	1

198	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	1
199	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	4
200	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	8
201	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	2
202	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	8
203	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	4

204	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	6
205	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	2
206	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	5
207	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	7
208	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	7
209	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	2

210	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	1
211	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	5
212	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	10
213	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes <u>Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm</u>	//	//	0	8
214	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	4
215	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	3

216	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	3
217	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	6
218	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	4
219	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	4
220	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	3
221	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	8

222	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	2
223	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	5
224	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	3
225	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	3
226	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	2
227	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	4

228	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	3
229	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	8
230	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	5
231	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	6
232	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	8
233	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	7

234	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	7
235	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0	0	7
236	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	4
237	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	1
238	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	10
239	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	3

240	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	2
241	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	3
242	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	2
243	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	1
244	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	1
245	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	1

246	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	3
247	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	3
248	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	9
249	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	1
250	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	7
251	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	1

252	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	3
253	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	9
254	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	1
255	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	8
256	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	3
257	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja	sipas kontrates	0	9

258	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip. 1 OTW	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same	Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter: tip 0.40 mm (0.016"), shaft 0.43 mm (0.017"). Coating:	0	2
259	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip. 1 OTW	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same	Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter: tip 0.40 mm (0.016"), shaft 0.43 mm (0.017"). Coating:	0	8
260	Elektroda për EKG	//	//	0	2207
261	Elektroda për EKG	//	//	0	555
262	Endotracheal Tube With Cuff Oral	8	//	0	1
263	Endotracheal Tube With Cuff Oral	7.5	//	0	20

264	Epinephrine (adrenaline)	1mg	1mL	1mg	142
265	Foley Catheter	18 FG	cope	0	85
266	Foley Catheter	16 FG	cope	0	20
267	Foley Catheter	18 FG	cope	0	20
268	Foley Catheter	16 FG	cope	0	97
269	Furosemide	10mg	2ml	10mg/ml	68

270	Furosemide	10mg	2ml	10mg/ml	18
271	Gel për UZ	//	1 L	0	5
272	Gloves examination	Medium	0	0	1412
273	Gloves examination	Large	0	0	1141
274	Gloves surgical steriles pair latex	7.5	0	0	1147
275	Gloves surgical steriles pair latex	6.5	0	0	27

276	Gloves surgical steriles pair latex	6.5	0	0	171
277	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	45
278	Guedel Airway	n° 3	cope	0	20
279	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	10
280	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	13
281	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	5

282	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	53
283	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	5
284	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	8
285	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	18
286	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	9
287	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	51

288	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i paitushem me paaisiet	//	//	0	28
289	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i paitushem me paaisiet	//	//	0	25
290	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	645
291	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	124
292	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	20 G, 1.1 x 32 mm	0	0	652
293	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	22 G, 0.8 x 25 mm	0	0	2

294	Infusion Giving Set	0	0	0	769
295	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues (Intervention	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje direkte e bërthamës me majën • Diametri i telit: 0.008-0.014" (inch) • Gjatësia totale: 145 – 300 cm • Materiali i bërthamës:	0	95
296	Intervention Guidewire me diameter 0.014 dhe me gjatesi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i maies Spring Coil me peshe	Intervention Guidewire	me diameter 0.014 dhe me gjatesi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g. nga materiali	0	21
297	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	37950
298	Lidocaine	2%	//	2%	246
299	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	200

300	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	47
301	Maska per oksigjen	për të rritur	//	0	20
302	methylprednisolone	40mg	1ml , 5ml	40mg/ml, (si sukcinat natriumi) në flakon 1 mL monodozë dhe flakona 5-mL multi-dozë	11
303	Metoclopramide Hydrochloride	5mg	2ml	5mg/ml	27
304	Midazolam hydrochloride	1mg	5ml	1mg/ml	5
305	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	425

306	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	739
307	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	416
308	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	10
309	Natrium hydrogen carbonate	8.4%	10-20ml	8.4%	119
310	Needle Luer Type Disposable	18 G , 1.3 x 45 mm	0	0	385
311	Needle Luer Type Disposable	21 G, 0.8 x 38 or 40 mm	0	0	146

312	Pantoprazole	40 mg	//	40 mg	44
313	Potassium Chloride	7.45-7.50%	//	7.45-7.50%	8
314	Povidon Jod	10%	1000ml	10%	9
315	Propan-2-ol 447mg/g,Propan-1-ol 19mg/g Benzyl-C12-16- alkyldimethylammonium chlorides 1mg 1L	//	1L	//	5
316	Resolute integrity	3.0-22	3.0-22	0	1
317	Resolute integrity	3.0-26	3.0-26	0	1

318	Resolute integrity	3.5-18	3.5-18	0	1
319	Resolute integrity	3.5-18	3.5-18	0	2
320	Resolute integrity	3.5-18	3.5-18	0	2
321	Resolute integrity	3.0-18	3.0-18	0	1
322	Resolute integrity	3.0-22	3.0-22	0	3
323	Resolute integrity	3.0-34	3.0-34	0	1

324	Resolute integrity	3.5-22	3.5-22	0	2
325	Resolute integrity	3.5-26	3.5-26	0	1
326	Resolute integrity	3.5-26	3.5-26	0	1
327	Resolute integrity	3.5-22	3.5-22	0	1
328	Resolute integrity	3.5-22	3.5-22	0	1
329	Resolute integrity	3.5-26	3.5-26	0	1

330	Resolute integrity	3.5-34	3.5-34	0	1
331	Resolute integrity	3.0.-15	3.0-15	0	1
332	Resolute integrity	3.5-18	3.5-18	0	1
333	Resolute integrity	3.0-18	3.0-18	0	1
334	Resolute integrity	3.0-18	3.0-18	0	1
335	Resolute integrity	3.0-26	3.0-26	0	1

336	Resolute integrity	3.0-30	3.0-30	0	4
337	Resolute integrity	3.5-30	3.5-30	0	1
338	Set steril për Angjiografi me përbërje: Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L);	Set steril për Angjiografi me përbërje:	Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10-12ml; Three valve	0	146
339	Set steril për Angjiografi me përbërje: Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L);	Set steril për Angjiografi me përbërje:	Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10-12ml; Three valve	0	438
340	Sheath për Qasje Radiale	1.Sheath për Qasje Radiale Sheath introducer për qasje radiale(radial approach). Madhësia:5F dhe	Materiali i sheath-it dhe komponentët përcjellës duhet të jenë të testuar për biokompatibilitet sipas ISO 10993,të kenë fleksibilitet adekuat dhe rezistencë ndaj kinks-imit.Të ofrohet deklaratë e përputhshmërisë nga prodhuesi me	0	1086
341	SHEET ABSORBABLE DISPOSABLE	60 x 60 cm	0	0	181

342	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2
343	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	9
344	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	9
345	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5
346	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	3
347	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	15

348	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2
349	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	3
350	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	9
351	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	15
352	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	8
353	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	9

354	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2
355	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	17
356	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2
357	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	37
358	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	20
359	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	3

360	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	7
361	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5
362	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5
363	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2
364	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5
365	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	3

366	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	3
367	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	4
368	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	4
369	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	4
370	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	3
371	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	13

372	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	44
373	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2
374	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5
375	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2
376	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	1
377	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2

378	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	1
379	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5
380	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	3
381	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5
382	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5
383	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	1

384	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	1
385	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	13
386	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	48
387	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	3
388	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	7
389	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	14

390	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	39
391	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2
392	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	1
393	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2
394	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2
395	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	13

396	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	1
397	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	15
398	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5
399	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	12
400	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	1
401	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5

402	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	15
403	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	10
404	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5
405	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	1
406	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2
407	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2

408	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	25
409	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	9
410	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	12
411	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5
412	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	1
413	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	4

414	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	1
415	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	3
416	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2
417	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5
418	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	42
419	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2

420	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2
421	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	14
422	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	3
423	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5
424	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	2
425	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	5

426	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	15
427	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	1
428	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	1
429	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në	0	3
430	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
431	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1

432	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1
433	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1
434	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1
435	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1
436	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1
437	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1

438	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	2
439	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	2
440	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1
441	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1
442	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1
443	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1

444	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1
445	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	2
446	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	2
447	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	5
448	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	3
449	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	3

450	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
451	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
452	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
453	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
454	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	2
455	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4

456	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	50
457	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	22
458	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	22
459	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
460	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	44
461	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9

462	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
463	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	7
464	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
465	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
466	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	5
467	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1

468	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	2
469	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	3
470	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1
471	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	2
472	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	2
473	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	4

474	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
475	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
476	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	2
477	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
478	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
479	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1

480	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
481	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
482	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
483	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	21
484	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
485	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9

486	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	3
487	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	3
488	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	5
489	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
490	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	5
491	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1

492	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	2
493	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	2
494	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1
495	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1
496	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1
497	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee <u>kompatibilizuar me guiding catheter 5F</u>	0	1

498	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
499	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
500	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	16
501	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
502	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	13
503	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strukt-urës Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	2

504	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
505	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
506	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
507	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	12
508	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	4
509	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1

510	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
511	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	5
512	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
513	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	5
514	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
515	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	5

516	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	3
517	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	1
518	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jete hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F	0	2
519	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
520	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	32
521	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4

522	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	15
523	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
524	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
525	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
526	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
527	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1

528	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
529	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	13
530	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	16
531	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	15
532	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
533	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9

534	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platini-um-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	19
535	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platini-um-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
536	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platini-um-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
537	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platini-um-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	20
538	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platini-um-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
539	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platini-um-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	32

540	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
541	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
542	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
543	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
544	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	29
545	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5

546	Suture Non Absorbable Nylon	USP 2/0	30mm 75cm 1/2 CT	0	24
547	Syringe Disposable Luer tip	10 ml	0	0	1800
548	Tela Diagnostik - Diagnostic wire	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për tela diagnostik të përdorur gjatë koronarografisë.	1. Specifikimi Teknik Minimal • Për insertim. • Stabilizim dhe pozicionim të kateterave angiografik. • Me interval gjatësie 175-185cm. • Me lakese (curve) J 0.035".	0	664
549	Tramadol	50 mg	2 ml	50 mg / ml	31
550	Urine Bag With Drain	2L	0	0	203
551	Urine Bag With Drain	2L	0	0	107

552	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	276
553	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	119