

K. Kardiologjise - Sherbimi i Kardiologjise

Nr	Emertimi	Forca	Vellimi	Doza	Gjendja ne stok
1	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	2
2	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	3
3	Acetylsalicylic acid	100mg	/	100mg	163
4	Alkool - Ethanol	70% / 1L	//	70%	3
5	Aminophyline	25mg	1ml	25mg/ml	10
6	Atorvastatin	20mg	//	20mg	194
7	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	79
8	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	228
9	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non- compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0-5.0mm,Gjatësia e	0	3
10	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non- compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0-5.0mm,Gjatësia e	0	2
11	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non- compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0-5.0mm,Gjatësia e	0	2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

120	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm.Gjatësia e	0	10
121	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm.Gjatësia e	0	2
122	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm.Gjatësia e	0	2
123	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm.Gjatësia e	0	10
124	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm.Gjatësia e	0	2
125	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm.Gjatësia e	0	3
126	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm.Gjatësia e	0	2
127	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm.Gjatësia e	0	4
128	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile	0	2
129	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile	0	18
130	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile	0	7
131	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile	0	12

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

228	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing"	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm. low profile më të vogël	0	37
229	Bandage Elastic, Crepe	10 cm x 4 m	0	0	8
230	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	96
231	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	71
232	Blade Surgical Knife	11	handle 4	0	349
233	Breathing System	//	(Anaesthesia adult Breathing Circuits) (22mm consisting Y- piece and elbow) Length from 160 to 180cm, edhe gypin shtese 22mm 80cm me balon 2L. Latex free	0	19
234	Ceftriaxone	1000mg	//	1000mg	10
235	Chloropyramine hydrochloride	10mg	2mL	10mg/mL	33
236	Chloropyramine hydrochloride	10mg	2mL	10mg/mL	47
237	Clopidogrel	75mg	75mg	75mg	306
238	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	285
239	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	3200

240	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-	0	1
241	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-	0	2
242	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes-Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa	0	1
243	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes-Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa	0	1
244	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes-Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa	0	2
245	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes-Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa	0	1
246	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes-Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa	0	1
247	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes-Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa	0	2
248	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes-Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa	0	1
249	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes-Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa	0	2
250	Dezinfektues per duar	500ml	sol/gel	0	14
251	Diazepam	5mg	//	5mg/mL	10

252	Dobutamine	250mg	20ml	250mg/20ml	20
253	Dopamine hydrochloride	40mg	5ml	40mg/ml	7
254	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1
255	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	10
256	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1
257	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	3
258	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	6
259	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1
260	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	5
261	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	9
262	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	3
263	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	5

264	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	2
265	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	5
266	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	7
267	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	7
268	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1
269	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	13
270	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	7
271	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	7
272	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	3
273	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	10
274	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	2
275	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	4

276	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	10
277	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	9
278	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	8
279	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	4
280	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	4
281	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1
282	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1
283	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	6
284	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1
285	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	8
286	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 –	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar	0	2
287	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 –	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar	0	8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

324	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 –	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar	0	2
325	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 –	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar	0	2
326	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 –	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar	0	2
327	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 –	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar	0	5
328	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 –	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar	0	4
329	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 –	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar	0	9
330	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 –	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar	0	10
331	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 –	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar	0	6
332	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	2
333	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	3
334	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	2
335	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	10

336	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	5
337	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	10
338	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	25
339	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	3
340	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	3
341	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	1
342	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	3
343	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	3
344	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	9
345	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	1
346	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	7
347	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	1

348	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	10
349	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	2
350	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	2
351	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	5
352	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	23
353	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	2
354	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	2
355	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	1
356	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	4
357	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	3
358	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	1
359	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	10

360	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	3
361	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	3
362	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	2
363	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	3
364	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	20
365	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	25
366	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	10
367	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	5
368	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	3
369	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	9
370	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	10
371	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	1

372	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	1
373	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	1
374	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	10
375	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	1
376	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	5
377	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	8
378	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	3
379	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	sipas kontrates	0	9
380	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip, 1 OTW lumen exit port	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same	Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner	0	2
381	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip, 1 OTW lumen exit port	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same	Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner	0	8
382	Elektroda për EKG	//	//	0	1048
383	Elektroda për EKG	//	//	0	2207

384	Endotracheal Tube With Cuff Oral	7.5	//	0	20
385	Endotracheal Tube With Cuff Oral	8	//	0	1
386	Enoxaparin	40mg	0.4	40mg/0.4ml	31
387	Epinephrine (adrenaline)	1mg	1mL	1mg	119
388	Foley Catheter	16 FG	cope	0	99
389	Foley Catheter	18 FG	cope	0	68
390	Foley Catheter	16 FG	cope	0	20
391	Foley Catheter	18 FG	cope	0	20
392	Furosemide	10mg	2ml	10mg/ml	68
393	Gel për UZ	//	1 L	0	2
394	Gloves examination	Medium	0	0	802
395	Gloves examination	Large	0	0	1625

396	Gloves surgical steriles pair latex	7.5	0	0	10
397	Gloves surgical steriles pair latex	6.5	0	0	27
398	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	700
399	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	45
400	Guedel Airway	n° 3	cope	0	20
401	Guidewire për Ndërhyrje Koronare Rutine	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues(Guidewire)të	Specifikacioni TeknikLloji i produktitGuidewire për ndërhyrje koronare rutinePërdorimi klinikPCI në leziona jo shumë komplekseMateriali i bërthamësNitinol	0	283
402	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	5
403	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	5
404	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	5
405	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	5
406	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	8
407	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	18

408	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	10
409	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i paitushem me pajisiet intervente per	//	//	0	25
410	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i paitushem me pajisiet intervente per	//	//	0	28
411	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	164
412	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	645
413	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	20 G, 1.1 x 32 mm	0	0	1014
414	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	22 G, 0.8 x 25 mm	0	0	2
415	Infusion Giving Set	0	0	0	1078
416	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues (Intervention Guidewire) të përdorur në	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje direkte e bërthamës me majën • Diametri i telit: 0.008-	0	146
417	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues (Intervention Guidewire) të përdorur në	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje direkte e bërthamës me majën • Diametri i telit: 0.008-	0	67
418	Intervention Guidewire me diameter 0.014 dhe me gjatësi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i maies Spring Coil me peshe specifike	Intervention Guidewire	me diameter 0.014 dhe me gjatësi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji	0	1
419	Kompresa (qarshafa për një përdorim) jo sterile (Me llastek)	.	.	0	100

420	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	37950
421	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	27400
422	Lidocaine	2%	//	2%	140
423	Lidocaine	2%	//	2%	246
424	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	47
425	Maska per oksigjen	për të rritur	//	0	20
426	Metoclopramide Hydrochloride	5mg	2ml	5mg/ml	91
427	Midazolam hydrochloride	1mg	5ml	1mg/ml	5
428	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	425
429	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	11
430	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	416
431	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	10

432	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	534
433	Needle Luer Type Disposable	21 G, 0.8 x 38 or 40 mm	0	0	17
434	Needle Luer Type Disposable	18 G , 1.3 x 45 mm	0	0	9
435	Potassium Chloride	7.45-7.50%	//	7.45-7.50%	8
436	Set steril për Angjiografi me përbërje: Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë	Set steril për Angjiografi me përbërje:	Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm;	0	6
437	Set steril për Angjiografi me përbërje: Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë	Set steril për Angjiografi me përbërje:	Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm;	0	1043
438	Sheath për Qasje Radiale	1.Sheath për Qasje Radiale Sheath introducer për qasje radiale(radial approach). Madhësia:5F dhe	Materiali i sheath-it dhe komponentët përcjellës duhet të jenë të testuar për biokompatibilitet sipas ISO 10993,të kenë fleksibilitet adekuat dhe rezistencë ndaj kinks-	0	342
439	SHEET ABSORBABLE DISPOSABLE	60 x 60 cm	0	0	75
440	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës < 80 µm (nano-strut 70–85	0	4
441	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës < 80 µm (nano-strut 70–85	0	3
442	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës < 80 µm (nano-strut 70–85	0	3
443	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës < 80 µm (nano-strut 70–85	0	4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

576	Stenda DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës < 80 µm (nano-strut 70–85	0	20
577	Stenda DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës < 80 µm (nano-strut 70–85	0	3
578	Stenda DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës < 80 µm (nano-strut 70–85	0	2
579	Stenda DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës < 80 µm (nano-strut 70–85	0	5
580	Stenda DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës < 80 µm (nano-strut 70–85	0	1
581	Stenda DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës < 80 µm (nano-strut 70–85	0	26
582	Stenda DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës < 80 µm (nano-strut 70–85	0	15
583	Stenda DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës < 80 µm (nano-strut 70–85	0	7
584	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stnozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore	0	1
585	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stnozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore	0	1
586	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stnozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore	0	1
587	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stnozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore	0	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

876	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore	0	1
877	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore	0	1
878	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore	0	1
879	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore	0	1
880	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore	0	1
881	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore	0	1
882	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore	0	1
883	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore	0	1
884	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
885	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
886	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
887	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1

[illegible]

900	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	3
901	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
902	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	4
903	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	4
904	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	2
905	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	2
906	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
907	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	30
908	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
909	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	14
910	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
911	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2

912	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
913	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	8
914	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
915	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
916	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	49
917	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
918	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
919	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
920	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
921	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
922	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
923	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	59

924	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). eti sipas kontratës lot 1	0	5
925	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). eti sipas kontratës lot 1	0	3
926	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
927	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	2
928	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
929	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
930	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
931	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
932	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	2
933	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
934	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	4
935	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	2

936	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	2
937	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	2
938	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
939	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	45
940	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	18
941	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	21
942	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	8
943	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	42
944	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	8
945	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
946	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	6
947	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3

948	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
949	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	11
950	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strukt-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
951	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	8
952	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
953	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
954	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	21
955	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
956	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	7
957	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
958	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
959	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5

[illegible]

972	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
973	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
974	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
975	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
976	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
977	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	7
978	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
979	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	40
980	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
981	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
982	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
983	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	2

984	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	2
985	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	4
986	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
987	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	4
988	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	2
989	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	2
990	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
991	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	1
992	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet	0	2
993	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
994	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
995	Stenta DES për trajtim të stenoze të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1032	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), etj sipas kontratës lot 1	0	5
1033	Suture Non Absorbable Nylon	USP 2/0	30mm 75cm 1/2 CT	0	48
1034	Syringe Disposable Luer tip	10 ml	0	0	1990
1035	Syringe Disposable Luer tip	20 ml	0	0	15
1036	Tela Diagnostik - Diagnostic wire	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për tela diagnostik të përdorur gjatë koronarografisë.	1. Specifikimi Teknik Minimal • Për insertim. • Stabilizim dhe pozicionim të kateterave angiografik. • Me interval gjatësie 175-185cm. • Me lakëse (curve) J 0.035".	0	1677
1037	Tramadol	50 mg	2 ml	50 mg / ml	31
1038	Urine Bag With Drain	2L	0	0	203
1039	Urine Bag With Drain	2L	0	0	157
1040	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	103
1041	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	119