SHSKUK
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

K. Kardiologjise - Sherbimi i Kardiologjise

Nr	Emertimi	Forca	Vellimi	Doza	Gjendja ne stok
1	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	2
2	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	4
3	Adhesive Tape	5 cm x 5 m	Jo të letres	0	66
4	Alkool - Ethanol	70% / 1L	//	70%	5
5	Aminophyline	25mg	1ml	25mg/ml	10
6	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	79
7	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel	0	2
8	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel	0	2
9	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel	0	9
10	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel	0	2
11	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel	0	1

12	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	12
13	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	13
14	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	3
15	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	8
16	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	2
17	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	3
18	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	8
19	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	2
20	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	3
21	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	12
22	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	3
23	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	13
24	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	11

25	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	5
26	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	5
27	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	5
28	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	7
29	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	13
30	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	9
31	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	5
32	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	7
33	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	8
34	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	1
35	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	4
36	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	9
37	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	6

38	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	2
39	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	10
40	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	13
41	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	6
42	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	20
43	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	1
44	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	9
45	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	8
46	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	15
47	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	8
48	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	3
49	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	8
50	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	7

51	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	15
52	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	17
53	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	4
54	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	5
55	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	3
56	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	12
57	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	4
58	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	1
59	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	3
60	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	17
61	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	1
62	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	10
63	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	7

64	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Llojet produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	7
65	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Llojet produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	13
66	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Llojet produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	2
67	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Llojet produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	10
68	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Llojet produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	2
69	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Llojet produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	15
70	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Llojet produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	7
71	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Llojet produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	2
72	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Llojet produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	9
73	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Llojet produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	4
74	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Llojet produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	10
75	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Llojet produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	4
76	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Llojet produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	7

77	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	9
78	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	2
79	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	15
80	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	11
81	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	2
82	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	14
83	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	14
84	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	10
85	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	9
86	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	2
87	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	9
88	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	14
89	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	3

90	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	10
91	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	13
92	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	8
93	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	19
94	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	19
95	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	2
96	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	10
97	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	2
98	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	2
99	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	2
100	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	6
101	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	20
102	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	9

103	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	10
104	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	3
105	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	2
106	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	2
107	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	2
108	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	2
109	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	5
110	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	2
111	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	10
112	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	4
113	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	6
114	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	2
115	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Ma tal	0	4

116	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	4
117	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	7
118	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	5
119	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	2
120	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	2
121	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloon)të përdorura në	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm,Kompatibilitet: Ma tal	0	2
122	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	4
123	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	2
124	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	5
125	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	6
126	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	8
127	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	2
128	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	18

129	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	7
130	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	8
131	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	12
132	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	4
133	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	6
134	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	7
135	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	15
136	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	5
137	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	18
138	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	1
139	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	19
140	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	10
141	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	7

142	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	5
143	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	17
144	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	2
145	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	9
146	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	10
147	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	2
148	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	4
149	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	36
150	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	19
151	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	20
152	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	13
153	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	28
154	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	15

155	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	5
156	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	21
157	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	22
158	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	19
159	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	14
160	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	27
161	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	18
162	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	17
163	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	9
164	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	10
165	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	2
166	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	4
167	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	2

168	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	1
169	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	6
170	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	7
171	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	5
172	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	2
173	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	50
174	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	25
175	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	5
176	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	0	4
177	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	3
178	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	4
179	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	2
180	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	5

181	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	5
182	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	3
183	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	6
184	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	4
185	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	28
186	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	4
187	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	10
188	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	20
189	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	8
190	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	7
191	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	11
192	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	25
193	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	4

194	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	15
195	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	7
196	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	21
197	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	34
198	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	24
199	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	1
200	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe	0	1
201	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione	0	1
202	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione	0	2
203	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione	0	3
204	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione	0	2
205	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione	0	2
206	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione	0	2

207	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione	0	3
208	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione	0	3
209	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione	0	2
210	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione	0	3
211	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione	0	30
212	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione	0	47
213	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione	0	6
214	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione	0	32
215	Bandage Elastic, Crepe	10 cm x 4 m	0	0	48
216	Blade Surgical Knife	11	handle 4	0	542
217	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	71
218	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	96
219	Breathing System	//	(Anaesthesia adult Breathing Circuits) (22mm consisting Y- piece and elbow) Length from 160 to 180cm, edhe gypin shtese 22mm 80cm me balon 2L. Latex free	0	19

220	Ceftriaxone	1000mg	//	1000mg	8
221	Chloropyramine hydrochloride	10mg	2mL	10mg/mL	10
222	Clopidogrel	75mg	75mg	75mg	72
223	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	285
224	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	4257
225	Coronary stent retriver koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokatetër 0.21"-0.27".	Coronary stent retriver	Coronary stent retriver koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol	0	2
226	Coronary stent retriver koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokatetër 0.21"-0.27".	Coronary stent retriver	Coronary stent retriver koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol	0	1
227	Cotton Wool,Hydrophilic Roll	500g	0	0	3
228	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave 2.Specifikimi	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose	0	1
229	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave 2.Specifikimi	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose	0	1
230	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave 2.Specifikimi	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose	0	2
231	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave 2.Specifikimi	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose	0	2
232	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave 2.Specifikimi	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose	0	1

233	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes-Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave 2.Specifikimi-	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliuretani) Kompatibil me katetrin 5F. Re	0	2
234	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes-Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave 2.Specifikimi-	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliuretani) Kompatibil me katetrin 5F. Re	0	1
235	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes-Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave 2.Specifikimi-	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliuretani) Kompatibil me katetrin 5F. Re	0	1
236	Dezinfektues per duar	500ml	sol/gel	0	14
237	Diazepam	5mg	//	5mg/mL	20
238	Dobutamine	250mg	20ml	250mg/20ml	20
239	Dopamine hydrochloride	40mg	5ml	40mg/ml	7
240	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
241	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	6
242	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
243	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8
244	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
245	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4

246	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10
247	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
248	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10
249	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
250	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
251	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	13
252	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4
253	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	6
254	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
255	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	7
256	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
257	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
258	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3

259	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
260	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
261	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
262	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4
263	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
264	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4
265	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	7
266	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	7
267	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	7
268	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	7
269	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8
270	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Pachtaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:	0	3
271	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Pachtaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:	0	4

272	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	2
273	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	2
274	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	2
275	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	4
276	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	3
277	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	3
278	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	5
279	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	3
280	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	8
281	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	2
282	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	4
283	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	2
284	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	8

285	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	8
286	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	3
287	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	5
288	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	3
289	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	5
290	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	5
291	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	4
292	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	10
293	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	7
294	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	2
295	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	10
296	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	7
297	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	13

298	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	10
299	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	1
300	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	2
301	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	9
302	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	8
303	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	7
304	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	2
305	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	5
306	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	2
307	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	2
308	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	2
309	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	8
310	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	13

311	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 μg/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	2
312	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 μg/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	9
313	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 μg/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	5
314	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 μg/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	6
315	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 μg/mm²Teknologjia e	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 barProfili i hyrjes së sistemit:	0	4
316	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	4
317	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3
318	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	10
319	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
320	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	2
321	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3
322	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
323	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në	stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	2

324	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	10
325	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3
326	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	10
327	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	2
328	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3
329	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
330	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3
331	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
332	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
333	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	2
334	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	20
335	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	10
336	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	5

337	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	10
338	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	10
339	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	25
340	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	25
341	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
342	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3
343	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	10
344	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	5
345	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3
346	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	5
347	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	23
348	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	5
349	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	2

350	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	2
351	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
352	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
353	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3
354	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	8
355	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3
356	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3
357	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	2
358	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	9
359	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	9
360	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
361	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	7
362	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	9

363	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
364	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip, 1 OTW lumen exit port 6.5 mm from the tip, 4 mm radiopaque tip length. Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in	Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter: tip 0.40 mm (0.016")	0	8
365	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip, 1 OTW lumen exit port 6.5 mm from the tip, 4 mm radiopaque tip length. Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in	Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter: tip 0.40 mm (0.016")	0	2
366	Elektroda për EKG	//	//	0	2630
367	Elektroda për EKG	//	//	0	2207
368	Elektroda për EKG	//	//	0	5
369	Endotracheal Tube With Cuff Oral	7.5	//	0	20
370	Endotracheal Tube With Cuff Oral	8	//	0	1
371	Enoxaparin	40mg	0.4	40mg/0.4ml	8
372	Epinephrine (adrenaline)	1mg	1mL	1mg	90
373	Foley Catheter	16 FG	cope	0	20
374	Foley Catheter	16 FG	cope	0	68
375	Foley Catheter	18 FG	cope	0	20

376	Foley Catheter	18 FG	cope	0	14
377	Gel për UZ	//	1 L	0	2
378	Gloves examination	Medium	0	0	3468
379	Gloves examination	Medium	0	0	350
380	Gloves examination	Large	0	0	455
381	Gloves surgical steriles pair latex	8	0	0	243
382	Gloves surgical steriles pair latex	7.5	0	0	312
383	Gloves surgical steriles pair latex	6.5	0	0	27
384	Gloves surgical steriles pair latex	6.5	0	0	295
385	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	45
386	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	353
387	Guedel Airway	n° 2	cope	0	18
388	Guedel Airway	n° 3	cope	0	20

389	Guidewire për Ndërhyrje Koronare Rutine	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues(Guidewire)të përdorur në ndërhyrjet	Specifikacioni TeknikLlojet produktitGuidewire për ndërhyrje koronare rutinePërdorimi klinikPCI në lezione jo shumë komplekseMateriali i bërthamësNitinol eti	0	8
390	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	5
391	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	8
392	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	10
393	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	18
394	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	5
395	Guiding catheter	6 f	JL 4.0	0	8
396	Guiding catheter	6 f	JL 3.5	0	169
397	Guiding catheter	6 f	JR 4.0	0	195
398	Guiding catheter	6 f	JR 3.5	0	58
399	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i pajtushem me pajisjet intervente per trajtim me rrjedhje te avansuar dhe vizualizim me te mire me tipe dhe lakore:AL:0.75-1.0-1.5-2.0-3.0;AR:1.0-2.0;FRU:3.0-3.25-3.5-3.75-4.0-4.5-5.0;PRU:3.5-4	//	//	0	28
400	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i pajtushem me pajisjet intervente per trajtim me rrjedhje te avansuar dhe vizualizim me te mire me tipe dhe lakore:AL:0.75-1.0-1.5-2.0-3.0;AR:1.0-2.0;FRU:3.0-3.25-3.5-3.75-4.0-4.5-5.0;PRU:3.5-4	//	//	0	25
401	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	645

402	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	216
403	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	18 G, 1.3 x 45 mm	0	0	31
404	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	20 G, 1.1 x 32 mm	0	0	937
405	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	22 G, 0.8 x 25 mm	0	0	255
406	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	22 G, 0.8 x 25 mm	0	0	2
407	Infusion Giving Set	0	0	0	178
408	Infusion Giving Set	0	0	0	1262
409	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues (Intervention Guidewire) të përdorur në ndërhyrje koronare (PCI), i	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje direkte e bërthamës me majën • Diametri i telit: 0.008-0.014″ (inch) • Gjatësia totale:	0	2
410	Kompresa (qarshafa për një përdorim) jo sterile (Me llastek)	.	.	0	23
411	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	37950
412	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	35400
413	Lidocaine	2%	//	2%	153
414	Lidocaine	2%	//	2%	477

415	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	47
416	Maska per oksigjen	për të rritur	//	0	20
417	methylprednisolone	40mg	1ml , 5ml	40mg/ml, (si sukcinat natriumi) në flakon 1 mL monodozë dhe flakona 5-mL multi-doze	44
418	Metoclopramide Hydrochloride	5mg	2ml	5mg/ml	9
419	Midazolam hydrochloride	1mg	5ml	1mg/ml	5
420	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	416
421	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	420
422	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	10
423	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	514
424	Needle Luer Type Disposable	18 G , 1.3 x 45 mm	0	0	395
425	Needle Luer Type Disposable	21 G, 0.8 x 38 or 40 mm	0	0	374
426	Noradrenalin	2mg/ml,	4ml	2mg/ml 4ml (2mg noradrenalin bitartrat eshte ekuivalent me 1mg noradrenalin baze)	49
427	Pantoprazole	40 mg	//	40 mg	49

428	Potassium Chloride	7.45-7.50%	//	7.45-7.50%	8
429	Povidon Jod	10%	1000ml	10%	5
430	prasugrel	10mg	//	10mg	300
431	Set steril për Angjiografi me përbërje: Angiography forno drape (mbulese sterile e fushes operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akces me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10-12ml; Three valve manifold; Pjatë për tretje; Gaza 10x10cm (10 copë); Mbulesa për tavolinë punë; Mbulesë transparente për tubin angiografik dhe për Xhamin për mbrojtje	Set steril për Angjiografi me përbërje:	"Angiography forno drape (mbulese sterile e fushes operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akces me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë	0	198
432	Set Terapeutik	cope	.	0	458
433	Sheath për Qasje Radiale	1.Sheath për Qasje Radiale Sheath introducer për qasje radiale(radial approach). Madhësia:5F dhe 6F Gjatësia:10 – 25 cm Të	Materiali i sheath-it dhe komponentet përcjellës duhet të jenë të testuar për biokompatibilitet sipas ISO 10993,të kenë fleksibilitet adekuat dhe rezistencë ndaj kinkut,jo i Të sforbet dhklorur i	0	1139
434	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformes:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per inbesnetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	3
435	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformes:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per inbesnetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	5
436	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformes:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per inbesnetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	14
437	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformes:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per inbesnetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	8
438	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformes:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per inbesnetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	9
439	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformes:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per inbesnetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	4
440	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformes:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per inbesnetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	4

441	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	4
442	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	3
443	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	3
444	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	4
445	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	14
446	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	8
447	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	11
448	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	48
449	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	15
450	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	36
451	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	4
452	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	13
453	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	19

454	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	36
455	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	2
456	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	3
457	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	2
458	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	6
459	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	2
460	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	4
461	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	41
462	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	4
463	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	13
464	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	1
465	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	3
466	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	4

467	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	20
468	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	15
469	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	2
470	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	25
471	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	2
472	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	2
473	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	3
474	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	7
475	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	1
476	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	8
477	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	2
478	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	4
479	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	32

480	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	14
481	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	4
482	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	3
483	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	1
484	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	5
485	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	40
486	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	3
487	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	2
488	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	15
489	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	11
490	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	1
491	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	1
492	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	5

493	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	5
494	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	5
495	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	3
496	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	35
497	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	4
498	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	14
499	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	4
500	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	9
501	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	8
502	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	10
503	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	4
504	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	2
505	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	1

506	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	2
507	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	4
508	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	12
509	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	13
510	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	3
511	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	4
512	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	4
513	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	1
514	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	1
515	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	4
516	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	1
517	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	32
518	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	1

519	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	15
520	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	3
521	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	5
522	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	2
523	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	15
524	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	20
525	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	4
526	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	3
527	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	4
528	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	3
529	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	3
530	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	2
531	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	2

532	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	2
533	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	15
534	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	4
535	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	3
536	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	4
537	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	1
538	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	18
539	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	35
540	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	1
541	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	1
542	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	20
543	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	3
544	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm).Diametri i	0	30

545	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	2
546	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	2
547	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	2
548	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	1
549	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	10
550	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	1
551	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	26
552	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	13
553	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	15
554	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	7
555	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme	Konektor sintese proksimal per lidhshmeri me të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit.Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano strut 70–85 µm) Diametri i	0	5
556	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
557	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

558	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
559	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
560	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
561	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
562	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
563	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
564	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
565	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
566	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
567	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
568	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
569	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
570	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

571	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
572	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
573	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
574	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
575	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
576	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
577	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
578	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
579	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
580	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
581	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
582	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
583	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

584	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
585	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
586	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
587	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
588	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
589	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
590	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
591	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
592	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
593	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
594	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
595	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
596	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

597	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
598	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
599	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
600	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
601	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
602	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
603	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
604	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
605	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
606	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
607	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
608	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
609	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

610	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
611	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
612	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
613	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
614	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
615	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
616	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
617	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
618	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
619	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
620	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
621	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
622	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

623	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
624	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
625	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
626	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
627	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
628	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
629	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
630	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
631	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
632	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
633	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
634	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
635	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

636	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
637	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
638	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
639	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
640	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
641	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
642	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
643	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
644	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
645	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
646	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
647	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
648	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

649	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
650	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
651	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
652	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
653	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
654	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
655	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
656	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
657	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
658	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
659	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
660	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
661	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

662	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
663	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
664	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
665	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
666	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
667	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
668	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
669	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
670	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
671	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
672	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
673	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
674	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

675	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
676	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
677	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
678	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
679	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
680	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
681	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
682	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
683	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
684	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
685	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
686	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
687	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

688	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
689	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
690	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
691	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
692	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
693	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
694	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
695	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
696	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
697	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
698	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
699	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
700	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

701	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
702	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
703	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
704	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
705	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
706	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
707	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
708	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
709	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
710	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
711	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
712	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
713	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

714	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
715	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
716	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
717	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
718	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
719	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
720	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
721	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
722	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
723	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
724	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
725	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
726	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

727	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
728	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
729	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
730	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
731	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
732	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
733	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
734	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
735	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
736	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
737	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
738	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
739	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

740	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
741	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
742	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
743	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
744	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
745	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
746	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
747	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
748	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
749	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
750	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
751	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
752	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

753	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
754	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
755	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
756	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
757	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
758	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
759	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
760	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
761	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
762	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
763	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
764	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
765	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

766	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
767	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
768	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
769	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
770	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
771	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
772	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
773	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
774	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
775	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
776	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
777	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
778	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Llojet e stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

779	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
780	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
781	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
782	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
783	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
784	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
785	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
786	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
787	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
788	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
789	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
790	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
791	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1

792	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
793	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
794	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
795	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
796	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
797	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
798	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus:Sirolimus,Everolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë:Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Elaksibilitet dhe kalueshmëri të	0	1
799	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-balonit duhet te jete hidrofilikee	0	1
800	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-balonit duhet te jete hidrofilikee	0	1
801	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-balonit duhet te jete hidrofilikee	0	1
802	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-balonit duhet te jete hidrofilikee	0	1
803	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-balonit duhet te jete hidrofilikee	0	1
804	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-balonit duhet te jete hidrofilikee	0	1

805	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
806	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
807	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
808	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
809	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
810	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
811	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
812	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	4
813	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
814	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
815	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	3
816	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	4
817	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1

818	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
819	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
820	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
821	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
822	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	4
823	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
824	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
825	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	4
826	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	4
827	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
828	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	4
829	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
830	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1

831	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	2
832	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	2
833	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	2
834	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
835	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
836	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
837	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
838	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	2
839	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
840	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
841	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
842	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	4
843	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	2

844	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
845	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	3
846	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	4
847	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
848	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	3
849	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
850	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	4
851	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
852	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
853	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
854	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
855	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
856	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2

857	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	2
858	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	3
859	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
860	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
861	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	2
862	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
863	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	2
864	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
865	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
866	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
867	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	4
868	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	5
869	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	5

870	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
871	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	3
872	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
873	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	2
874	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	5
875	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
876	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
877	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	3
878	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	5
879	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1
880	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	3
881	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	5
882	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet ta jete hidrofilikee	0	1

883	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
884	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
885	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
886	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
887	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	3
888	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	4
889	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
890	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
891	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
892	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
893	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
894	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
895	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1

896	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
897	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
898	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
899	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	3
900	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	5
901	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
902	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	5
903	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	1
904	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	5
905	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
906	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	3
907	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2
908	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jete Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashesia e strut-it:Të jete jo me shume se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-	0	2

909	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.Barna elutueseTë	Trashësia e strut-it:Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-balonj duhet te jete hidrofilikse	0	6
910	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.Barna elutueseTë	Trashësia e strut-it:Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-balonj duhet te jete hidrofilikse	0	2
911	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	4
912	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	4
913	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
914	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	8
915	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	4
916	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	29
917	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
918	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
919	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
920	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
921	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	45

922	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	18
923	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	11
924	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	14
925	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	7
926	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	20
927	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	8
928	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	41
929	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	17
930	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	9
931	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	4
932	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	14
933	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
934	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	8

935	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	18
936	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	4
937	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	20
938	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	4
939	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	6
940	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
941	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	5
942	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	7
943	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
944	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	3
945	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	5
946	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
947	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	1

948	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	8
949	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	4
950	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	4
951	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	3
952	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	10
953	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	14
954	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	11
955	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	30
956	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
957	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	3
958	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	9
959	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	15
960	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2

961	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	4
962	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	20
963	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
964	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	5
965	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	8
966	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	26
967	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	5
968	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	47
969	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	5
970	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	7
971	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	5
972	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	22
973	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	8

974	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
975	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	9
976	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
977	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	1
978	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	58
979	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	8
980	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	16
981	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	46
982	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	7
983	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	5
984	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	10
985	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	3
986	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	39

987	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	26
988	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	5
989	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	40
990	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	7
991	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	10
992	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	4
993	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	17
994	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
995	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	2
996	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	21
997	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	15
998	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	18
999	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	3

1000	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	10
1001	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	3
1002	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	1
1003	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	15
1004	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	9
1005	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	8
1006	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	15
1007	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	1
1008	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	5
1009	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kotrates lot 1	0	5
1010	Suture Non Absorbable Nylon	USP 2/0	30mm 75cm 1/2 CT	0	47
1011	Syringe Disposable Luer tip	10 ml	0	0	1479
1012	Syringe Disposable Luer tip	10 ml	0	0	1502

1013	Syringe Disposable Luer tip	5ml	0	0	383
1014	Tela Diagnostik - Diagnostic wire	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për tela diagnostik të përdorur gjatë koronarografisë.	1. Specifikimi Teknik Minimal • Për insertim. • Stabilizim dhe pozicionim te kateterave angjiografik. • Me interval gjatësie 175-185cm. • Me lakese (curve) J 0.035"	0	969
1015	Tramadol	50 mg	2 ml	50 mg / ml	31
1016	Tub lidhës për presion të lartë (high-pressure extension/monitoring line) për angiografi koronare, kompatibil me manifold dhe sistem injektimi kontrasti, me rezistencë ≥300 PSI (preferohet deri 1200 PSI), me lidhje Luer lock, gjatësi 100–150 cm (ose 25–200 cm), steril, njëpërdorimshëm, latex-free, ose ekuivalent.	≥300 PSI (preferohet deri 1200 PSI),	gjatësi 100–150 cm (ose 25–200 cm)	0	100
1017	Urine Bag With Drain	2L	0	0	203
1018	Urine Bag With Drain	2L	0	0	2
1019	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	198